

ОСНАЩЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В 2025 ГОДУ: РОЛЬ НОМЕНКЛАТУРНЫХ КОДОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

Авдюгина А. Л.^{1,2}

¹ Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер», (ул. Дубки, вл. 7, Мытищи, п. Здравница, Московская область, 141132, Россия)

² Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж» г. Москвы, (Варшавское шоссе д. 16А, г. Москва, 117105, Россия)

Авдюгина Анна Леонидовна, медицинская сестра, преподаватель сестринского дела

Для переписки:
Авдюгина Анна
Леонидовна
Anna L. Avdyugina

e-mail:
annaavdyugina
@yandex.ru

РЕЗЮМЕ

Цель статьи. Проанализировать изменения в стандартах оснащения эндоскопических кабинетов, введенные приказом Минздрава России № 206н от 14 апреля 2025 года, с акцентом на важность использования кодов видов медицинских изделий, а также оценить влияние этих изменений на качество, безопасность и контроль медицинского оборудования в организациях здравоохранения.

Материалы и методы. Исследование основано на анализе нормативных документов: приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 206н, приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2017г № 974н, санитарные правила СП 2.1.3678–20. Проведен сравнительный анализ оценки влияния стандартизации на процессы закупки, техническое обслуживание и безопасность пациентов, анализ требований к оборудованию эндоскопических кабинетов до и после введения приказа. Обзор практических рекомендаций и возможных рисков, связанных с применением оборудования с иными кодами.

Ключевые слова: оснащение эндоскопического кабинета, коды медицинских изделий, медицинская организация, закупки медицинского оборудования, контроль качества.

Информация о конфликте интересов: конфликт интересов отсутствует.

Информация о спонсорстве: данная работа не финансировалась.

Для цитирования: Авдюгина А. Л. Оснащение эндоскопического кабинета в 2025 году: роль номенклатурных кодов и возможности выбора оборудования. Клиническая эндоскопия. 2025;67(2):105-111. doi: 10.31146/2415-7813-endo-67-2-105-111.

EQUIPPING AN ENDOSCOPY ROOM IN 2025: THE ROLE OF NOMENCLATURE CODES AND EQUIPMENT SELECTION OPTIONS

A. L. Avdyugina^{1,2}

¹ State Budgetary Healthcare Institution of the Moscow region "Moscow Regional Clinical Tuberculosis Dispensary", (7 Dubki St., p. Zdravnitsa, Mytishchi, Moscow region, 141132, Russia)

² Federal State Educational Establishment of Professional «Medical College», (16A Varshavskoe shosse, Moscow, 117105, Russia)

Anna L. Avdyugina, nurse; teacher of nursing

EDN: BJRBRV



SUMMARY

Goal. To analyze the changes in standards for equipping endoscopic rooms introduced by the Order of the Ministry of Health of Russia No. 206n dated April 14, 2025, with an emphasis on the importance of using medical device codes, and to assess the impact of these changes on the quality, safety, and control of medical equipment in healthcare organizations. **Materials and methods.** The study is based on the analysis of regulatory documents: the Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 14.04.2025 No. 206n, the Order dated

31.05.1996 No. 222, and sanitary rules SP 2.1.3678–20. A comparative analysis was conducted to assess the impact of standardization on procurement processes, technical maintenance, and patient safety, as well as an analysis of equipment requirements for endoscopic rooms before and after the introduction of the order. A review of practical recommendations and potential risks associated with the use of equipment with different codes was also performed.

Key word: endoscopic room equipment, medical device codes, medical organization, medical equipment procurement, quality control.

Information on conflicts of interest: there is no conflict of interest.

Sponsorship Information: This work was not funded.

For citation: Avdyugina A. L. Equipping an endoscopy room in 2025: the role of nomenclature codes and equipment selection options. *Filin's Clinical endoscopy*. 2025;67(2):105-111. (in Russ.) doi: 10.31146/2415-7813-endo-67-2-105-111.

Актуальность статьи заключается в ведении детализированных требований к оснащению эндоскопических кабинетов с указанием конкретных кодов медицинских изделий и является важным шагом в повышении качества и безопасности медицинской помощи. Стандартизация оборудования способствует унифицированию процедур, упрощает контроль и снижает риски использования некачественной или неподходящей медицинской техники. В условиях современных технологических изменений и ужесточения нормативных требований, медицинские организации нуждаются в чётких рекомендациях по соблюдению новых стандартов для обеспечения эффективной и безопасной работы эндоскопических отделений. Исследование данной темы помогает медицинским учреждениям адаптироваться к новым требованиям и оптимизировать процессы закупок и эксплуатации оборудования.

Изменение в оснащении кабинета эндоскопии, закрепленное приказом Минздрава России от 14 апреля 2025 года № 206н, внесло детализированные требования по оборудованию, включая указание конкретных кодов видов медицинских изделий в соответствии с номенклатурной классификацией. Это нововведение важно с точки зрения унифицирования, контроля качества и соответствия оборудования нормативам.

Что изменилось в оснащении эндоскопического кабинета?

В приказе Минздрава России от 14 апреля 2025 года № 206н перечислены конкретные виды оборудования с их кодами — это касается основных компонентов эндоскопического кабинета: видеоэндоскопические системы, видеопроцессоры, источники света, эндоскопы, шкафы и мойки для эндоскопов и иное вспомогательное оборудование. Такая детализация позволяет:

- Обеспечить единый стандарт качества и безопасности процедур.
- Упростить закупки и контроль за медицинскими изделиями.
- Сопоставить оборудование и оптимальную совместимость между элементами.

см. далее Таблица 1. Сравнение приказа № 974н и № 206н.

Коды видов медицинских изделий (например, лотки, контейнеры для стерилизации, системы эндоскопической визуализации) позволяют точно идентифицировать оборудование с учетом международных и национальных стандартов.

Могут ли быть в медицинской организации оборудование или мебель с другими кодами?!

Вопрос применения оборудования и мебели с иными кодами видов медицинских изделий возникает в связи с практикой медицинских учреждений, которые закупают технику и мебель с учетом своих потребностей и бюджета. По приказу № 206н и соответствующим стандартам оборудования, указанные коды обозначают рекомендуемые и допустимые изделия для комплектации именно эндоскопического кабинета. Тем не менее, варианты с оборудованием или мебелью, имеющими другие коды, возможны при соблюдении определенных условий:

- Оборудование должно соответствовать основным требованиям по функциональности, безопасности и совместимости с эндоскопической техникой, прописанным в нормативных документах.
- Технические характеристики и эксплуатационные данные должны подтверждаться соответствующими сертификатами и декларациями о соответствии.
- Медицинская организация может использовать иные изделия при наличии альтер-

нативных нормативных актов, договоров с производителями и технической документации, подтверждающей их пригодность для проведения эндоскопических процедур.

Выбор изделий с другими кодами нежелателен без веских оснований, так как, нарушается единый стандарт и унификация, усложняется контроль и проверка качества, возможно снижение безопасности и надежности оборудования. Но все зависит от видов и объемов проводимых в отделении эндоскопических исследований, и еще раз, вашей возможности обосновать закупку и дооснащение необходимым оборудованием.

Почему именно коды видов медицинских изделий важны?

Кодирование медицинских изделий базируется на системах национальной и международной классификаций, которые включают не только описание изделия, но и его назначение и область применения. Это позволяет обеспечить единообразие учета, контроля и использования оборудования в медицинских организациях. Особое значение имеет своевременное внесение данных по кодам медицинских изделий в Единую государственную информационную систему здравоохранения Федерального реестра медицинских организаций (ЕГИСЗ ФРМО). Такая практика необходима для точного учета наличия и эксплуатации медицинского оборудования, повышения прозрачности закупок и эффективного управления ресурсами в системе здравоохранения. Внесение информации в ЕГИСЗ ФРМО способствует соблюдению нормативных требований, облегчает взаимодействие с контролирующими органами и поддерживает высокий уровень качества медицинской помощи.

В связи с этим медицинские учреждения, внедряя новые стандарты оснащения кабинета эндоскопии по приказу № 206н, должны:

- Планировать закупки оборудования и мебели строго в соответствии с кодами, рекомендованными для данного кабинета.
- При необходимости использования изделий с иными кодами обеспечивать документальное подтверждение их безопасности, эффективности и целесообразности использования в работе.
- Организовывать обучение персонала и техническое сопровождение с учетом специфики нового оборудования.
- Вести тщательный учет и техническое обслуживание оборудования с учетом требований производителя и нормативных документов.

Таким образом, соблюдение кодирования медицинских изделий и правильное ведение учета в ЕГИСЗ ФРМО являются ключевыми элементами для обеспечения безопасности, качества и эффективности работы эндоскопических кабинетов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение детализированных требований к оснащению эндоскопических кабинетов и отделений с указанием конкретных кодов медицинских изделий по приказу Минздрава России № 206н является важным шагом к повышению качества, безопасности и эффективности медицинской помощи. Стандартизация оборудования способствует унификации процедур, упрощает контроль и снижает риски использования неподходящей или некачественной техники. Несмотря на возможность применения изделий с иными кодами, при наличии обоснований и подтверждающей документации, соблюдение установленных кодов рекомендуется для сохранения единого стандарта и надежности работы эндоскопических отделений. Новые требования помогают медицинским организациям адаптироваться к современным нормативным вызовам, оптимизировать процессы закупок и эксплуатации оборудования, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности и качества оказываемой медицинской помощи населению Российской Федерации.

Табл. 1. Сравнение приказа №974н и №206н

№ п/п	Перечень оборудования по приказу от 6 декабря 2017 г. № 974н, приложение № 6, действует до 01 сентября 2025 года (в связи с изданием нового приказа Минздрава России от 14.04.2025 № 206н «Об утверждении Правил проведения эндоскопических исследований» (вступает в силу с 01 сентября 2025 года и действует до 01 сентября 2031 года)	Приказ Минздравсоцразвития России от 02.04.2010 N 206н, приложение № 3 и № 6 (Необходимо наличие одной из указанных позиций) вступает в силу 1 сентября 2025г			Требуемое количество для кабинета	Требуемое количество для отделения
		Код вида медицинского изделия	Наименование вида медицинского изделия	Наименование оборудования	N 974н	N 974н
					N 206н	N 206н
1	Эндоскопическая система (видео-, фибро- или регидная), включающая: осветитель, инсуффлятор, электроотсасыватель, тележка (стойка); течеискатель	271790	Система эндоскопической визуализации	Эндоскопическая система (видео-фибро- или регидная)	Не менее 1	Не менее 2
		136860	Стойка для медицинской техники	Эндоскопическая стойка с принадлежностями (Осветитель, Инсуффлятор (помпа CO ₂), Аспиратор, Водяная помпа, Течеискатель)	Не менее 1	Не менее 2
2	Монитор	271710	Видеодисплей для эндоскопии	Монитор	1 при наличии видеоэндоскопической системы	1 при наличии видеоэндоскопической системы
3	Видеопроцессор	271720	Блок обработки видеоизображений для эндоскопа	Видеопроцессор	1 при наличии видеоэндоскопической системы	1 при наличии видеоэндоскопической системы
		368490	Блок для интерпретации эндоскопических видеоизображений			
		271500	Система управления получения видеоизображений для эндоскопа		по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем
		271750	Фотокамера индоскопа			
4	Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреатодуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей)	179730	Видеогастро-дуоденоскоп гибкий	Эндоскоп для верхних отделов желудочно-кишечного тракта (гастроскоп)	Не менее 1	Не менее 4
		179150	Гастродуоденоскоп ультразвуковой гибкий		не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, в которых проводятся эндоскопические исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, в которых проводятся эндоскопические исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта)
		179420	Видеогастроскоп гибкий, многоразового использования			
		179880	Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий			
		180020	Гастроскоп оптоволоконный гибкий			
5	Видеокапсульная система	-	-	-	по требованию	по требованию
6	Ультразвуковой аппарат	-	-	-	по требованию	по требованию
7	Ультразвуковой эндоскоп (с радиальным датчиком)	-	-	-	по требованию	по требованию
8	Ультразвуковой эндоскоп (с конвексным датчиком)	-	-	-	по требованию	по требованию

9	Эндоскопический ультразвуковой датчик	-	-	-	по требованию	по требованию
10	Электрохирургический блок	-	-	-	по требованию	по требованию
11	Эндоскопический стол (кушетка)	187150	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети	Эндоскопический стол (кушетка)	Не менее 1	Не менее 2
		187220	Стол для осмотра/терапевтических процедур, с гидравлическим приводом			
		187250	Стол для осмотра/терапевтических процедур, механический			
		162210	Стол операционный универсальный, электромеханический		по числу эндоскопических систем	по числу эндоскопических систем
		162290	Стол операционный универсальный, с гидравлическим приводом			
		162400	Стол операционный универсальный, электрогидравлический			
		162410	Стол операционный универсальный электромеханический с питанием от сети			
12	Аптечка для оказания неотложной помощи	-	-	-	Не менее 1	Не менее 2
13	Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта	-	Автоматизированное рабочее место врача-эндоскописта, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и источником бесперебойного питания	Дополнительное оснащение	Не менее 1	Не менее 2
14	-	271780	Источник освещения для эндоскопа, с питанием от батареи	Осветитель	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем
		271850	Источник освещения для эндоскопа, с питанием от сети			
15	-	271510	Инсуффлятор эндоскопический	Инсуффлятор (помпа CO ₂)	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем

16	-	182530	Система аспирационная для хирургии	Аспиратор	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем
		358710	Система аспирационная хирургическая общего назначения, электрическая			
		260570	Система аспирационная общего назначения, с питанием от сети			
		260580	Система аспирационная общего назначения, пневматическая			
		260650	Система аспирационная общего назначения, вакуумная			
		358690	Система аспирационная хирургическая общего назначения, пневматическая			
		358700	Система аспирационная хирургическая общего назначения, вакуумная			
17	-	271650	Насос эндоскопический для промывания / аспирации	Водяная помпа	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем
		201170	Насос хирургический для промывания /аспирации, многоразового использования			
18	-	271770	Устройство для проверки инвазивного медицинского изделия на утечку, электрическое	Течеискатель	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем	по числу эндоскопических стоек не являющихся частью эндоскопических систем
19	-	179760	Колоноскоп оптоволоконный гибкий	Эндоскоп для нижних отделов желудочно-кишечного тракта (колоноскоп)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, в которых проводятся эндоскопические исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, в которых проводятся эндоскопические исследования нижних отделов желудочно-кишечного тракта)
		179930	Колоноскоп ультразвуковой гибкий			
		179940	Видеоколоноскоп гибкий, многоразового использования			
		266440	Видеоколоноскоп гибкий с дистанционным управлением			
		338250	Видеоколоноскоп гибкий, одноразового использования			

20	-	143930	Бронхоскоп жесткий	Эндоскоп для дыхательных путей (бронхоскоп)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, в которых проводятся эндоскопические исследования дыхательных путей)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, в которых проводятся эндоскопические исследования дыхательных путей)
		179100	Бронхоскоп оптоволоконный гибкий			
		179140	Бронхоскоп гибкий ультразвуковой			
		179300	Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования			
21	-	179730	Видеогастродуоденоскоп гибкий	Эндоскоп для панкреатодуоденальной зоны (дуоденоскоп)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, созданных в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях)	не менее 1 (для эндоскопических кабинетов, созданных в структуре медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях)
		178980	Дуоденоскоп оптоволоконный гибкий			
		179150	Гастродуоденоскоп ультразвуковой гибкий			
		179310	Видеодуоденоскоп гибкий, многоразового использования			
		179380	Дуоденоскоп ультразвуковой гибкий			
		179880	Гастродуоденоскоп оптоволоконный гибкий			
22	-	270020	Тележка для медицинских инструментов	Манипуляционный столик	по числу эндоскопических систем	по числу эндоскопических систем
		202390	Тележка медицинская универсальная			
		270010	Стол для хирургических инструментов			
23	-	271740	Шкаф для сушки и хранения эндоскопов	Специализированный шкаф для хранения эндоскопов	не менее 1	не менее 1
24	-	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1	1
25	-	269920	Лоток для инструментов, многоразового использования	Контейнер для гибких эндоскопов Дополнительное оснащение медицинской организации, в структуре которой создается эндоскопический кабинет	по числу эндоскопов (в случае отсутствия в медицинской организации централизованного стерилизационного отделения)	по числу эндоскопов (в случае отсутствия в медицинской организации централизованного стерилизационного отделения)
		185890	Контейнер для стерилизации/ дезинфекции, многоразового использования			
		269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов			
		260290	Лоток общего назначения, многоразового использования			
		380190	Чехол защитный для транспортировки/ стерилизации эндоскопов, многоразового использования			
		380200	Чехол защитный для транспортировки/ стерилизации эндоскопов, одноразового использования			